

求 人 要 領

求人者	名 称	福岡整形外科病院		開 院	昭和52年6月
	所在地	〒815-0063 福岡市南区柳河内2丁目10番50号 電話 092-512-1581		資 本 金	7億3百万円
				従業員数	260名
	代表者	病院長 吉本 隆昌		病 床 数	175床
採用条件	職 種	臨床工学技士 (手術室の医療機器点検) ※業務内容は別紙参照ください	勤務時間	①月1回 土曜日 9:00～17:00 ②月2回 土曜日 9:00～13:00 ※①または②	
	採用人数	1名			
	職員区分	非常勤 (パート)	採用日	応相談	
	勤務場所	当病院	定期昇給	年1回	
	時給	4,000円	通勤手当	有 (車通勤可)	
応募要領	提出書類	履歴書・職務経歴書・臨床工学技士免許証 (写)			
	選考方法	面接			
	募集締切	随時			
	面接試験	随時			
	場 所	当病院5階会議室			
連 絡 先		総務課 藤本	電話番号 092-512-1801		
備 考		※職場見学も対応しております。お問い合わせください。			

臨床工学技士業務一覧表

* 医療機器の保守点検

頻度	
1回/月	関節鏡：4セット（カメラコード・光源コード・スコープ）
	シェーパー：4セット（コード・本体・フットスイッチ）
	ペーパー：3セット（本体・フットスイッチ）
	関節鏡ポンプ：1台
	除細動器：1台
	手術台：4台
	ベアハガー：4台
	電気メス：4台
	リーマー：7台
	ボーンソー：8台
	自動患者監視装置：4台
	麻酔器：4台（ソーダライム・フィルター交換を含む）
1回/2ヶ月	シリンジポンプ：7台
1回/3ヶ月	TPS：1セット
	プリマド：2セット
	ミニボーンソー・サジタルソー：計3台
	エアトーム：2台
	ターニケット：5台
1回/6ヶ月	手術台：2台
	バッテリーチャージャー：2台

* ME機器のメンテナンス

- ・ 除細動器のペーストの代替え品について
- ・ シリンジポンプの点検方法と充電方法について
- ・ 麻酔器のフローセンサー交換